

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ห้ามผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู

พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและความเสียหาย รวมทั้งคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคจากการใช้ผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู (Ear candle) เนื่องจากพบอันตรายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เช่น ไฟไหม้ แผลไหม้ เยื่อแก้วหูทะลุ ขี้หูอุดตัน สูญเสียการได้ยิน เป็นต้น

อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “เครื่องมือแพทย์” (๓) ในมาตรา ๔ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“ผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู” (Ear candle) หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะรูปทรงคล้ายเทียนหรือลักษณะอื่นใด ผลิตจากวัสดุติดไฟและสามารถสอดใส่เข้าไปในรูหูได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กำจัดขี้หูหรือวัตถุประสงค่อื่น ช่วยในการละลายขี้หูและกำจัดขี้หูออกจากรูหู

ข้อ ๒ กำหนดให้ผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ปิยะสกล สกลสัตยาทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข