

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสอบประกอบการ หรือการตรวจสอบในการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสอบประกอบการ หรือการตรวจสอบในการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ เพื่ออำนวยความสะดวกและความสะดวกและลดขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕/๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ เลขานุการคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๒ กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องส่งบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นบัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเมินเอกสารทางวิชาการ

(๑) การยื่นคำขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ คำขอแจ้งรายการละเอียดผลิต หรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ในกรณีได้รับอนุญาต ดังต่อไปนี้

(ก) เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตจากหน่วยงานต่างประเทศตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยเรื่องรายชื่อหน่วยงานต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยอมรับการตรวจสอบหรือการรับรองเครื่องมือแพทย์หรือสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์

(ข) เป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประเมินเอกสารแบบบ่าย่อ โดยอ้างอิงหลักฐานการอนุญาตจากหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ ในต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุมัติ

(ค) เป็นเครื่องมือแพทย์ที่เข้าเงื่อนไขการอ้างอิงเอกสารเดิม หรือการถ่ายโอนเอกสาร หรือกรณีนี้ ๆ ของเครื่องมือแพทย์ที่เคยได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ตามแนวทางหรือคู่มือที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด

ความในวรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) เครื่องมือแพทย์ที่มีประวัติการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (serious adverse event) หรือผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ (device deficiencies) ที่อาจนำไปสู่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากเครื่องมือแพทย์ชนิดร้ายแรง (serious adverse device effect)

(๒) กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยในคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของ เครื่องมือแพทย์

(๒) การยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุญาต หรือคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการลงทะเบียน ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อข้อบ่งใช้ วัตถุประสงค์การใช้ กระบวนการผลิต คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยในคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์

(๓) การยื่นคำขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่มีรายละเอียดตรงตามที่ได้รับอนุญาต หรือแจ้งรายการลงทะเบียน หรือจดแจ้ง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(ก) กรณีมีการแสดงรายละเอียดการโฆษณาเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ฉลาก หรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์เกินกว่าที่ได้รับอนุญาตหรือแจ้งรายการลงทะเบียนหรือจดแจ้ง โดยมีหลักฐานหรือเอกสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้มาสนับสนุน ทั้งนี้ การโฆษณาดังกล่าวต้องไม่ใช่ รายละเอียดในส่วนของข้อบ่งใช้หรือวัตถุประสงค์ในการใช้เครื่องมือแพทย์

(ข) เป็นการโฆษณาที่ได้รับการพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องได้รับการประเมินเอกสารทางวิชาการ ตามแนวทางหรือคู่มือที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด

ข้อ ๓ กระบวนการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้า หรือสถานที่ขาย เครื่องมือแพทย์ ดังต่อไปนี้ ที่สามารถตรวจสอบจากเอกสาร หรือภาพถ่าย หรือตรวจประเมินแบบทางไกล (Remote audit) หรือหลักฐานอื่น ๆ ตามที่กำหนด โดยไม่ต้องไปตรวจ ณ สถานประกอบการ เครื่องมือแพทย์

(๑) การพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์

(๒) การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการผลิต นำเข้า หรือขาย

(ก) กรณีเพิ่มหรือแก้ไขสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์

(ข) กรณีลดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์เดิมที่เคยได้รับอนุญาต

(ค) กรณีเพิ่มเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์เดิมที่เคยได้รับอนุญาต โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการหลักในการผลิตเครื่องมือแพทย์

(ง) กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน แผนผัง ในพื้นที่และขอบข่ายเดิมที่เคยได้รับอนุญาตแล้ว

(จ) กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต นำเข้า หรือไปอนุญาตขาย

ความไม่บรร obed ไม่บังคับใช้กับกรณีที่มีความจำเป็น หรือเหตุอันควรสงสัยที่จำเป็นต้องตรวจ ณ สถานประกอบการเครื่องมือแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการคณะกรรมการอาหารและยา